

入 札 仕 様 書

- 1 件 名 特殊浴槽整備一式
- 2 設置場所 黒川郡大和町小野字前沢 1
なごみなの里地域福祉サービスセンター
特別養護老人ホーム 和風園
- 3 納入期限 平成 24 年 3 月 21 日
納入日については、和風園の担当者と協議の上決定するものとする。
- 4 器機構成 (1) 特殊浴槽 2 台
(2) ストレッチャー 4 台
(3) 担 架 4 台
- 5 構造・寸法・材質
 - (1) 昇降浴槽
 - イ 浴槽外寸：2600(L)×1245(W)×895～1125(H)mm以内であること
 - ロ 浴槽外寸：2122(L)×854(W)×518(H)mm以内であること
 - ハ 浴槽にストレッチャーを浴槽にセットされていなければ担架が移動しない。
 - ニ 浴槽が昇降又は浴槽の昇降と担架下降のダブルアクションのいずれかで入浴できること。
 - ホ 自動給湯及び差し湯の高温給湯を停止する安全装置(46℃以上で停止)を内蔵していること。浴槽昇降中、危険が発生した場合にすぐに停止できるよう、浴槽昇降スイッチは浴槽の頭側、脚側の2カ所に設置されていること。
 - ヘ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時(45℃以上)にデジタル表示部が点滅し注意を促せること。
 - ト 担架と浴槽の接触事故を防ぐため、入浴用担架が所定の位置にセットされなければ、浴槽が昇降しない安全装置が標準装備されていること。
 - チ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」が標準装備されていること。
 - リ シャワー湯温が高温時(43℃以上)には警告ランプが点滅し注意を促せること。
 - ヌ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され安全であること。
 - ル 細菌を次の日に持ち越さないために行う「浴槽殺菌」と、入浴時に薄めの塩素濃度で入浴する方への刺激を抑えた「浴槽水殺菌」塩素殺菌装置を内蔵していること。
 - オ 給湯温度計と浴槽内温度計を登載していること。
 - ワ 浴槽給湯時に、適正水位で給湯を自動停止させる機能を有していること。
 - (2) ストレッチャー
 - イ 外形寸法：1975(L)×812(W)×908(H)mm以内であること
 - ロ キャスターをワンタッチで同時にロックする機能を有すること。

ハ 湯水を脱衣室や廊下に落ちないようにするため、担架の湯水を受ける水受盤が標準装備されていること。

ハ 電動で昇降すること。

(3)担架

イ 外形寸法：1950(L)×720(W)×305(H)mm以内であること

ロ 質量が42kg以下であること。

ハ 担架カバー(ブロー成形部分)が簡単に分解でき、汚れのたまり易いカバー裏側やフレームの日常的な清掃が可能であること。

ニ 手摺りは左右独立に動かせること。

ホ 入浴者の脱落を防止する大型の下肢用サイドフェンスに加え、上肢用フェンスが標準装備されていること。

ヘ 浴槽に正常にセッティングしない限り担架スライドレバーを引いてもストレッチャーから脱落せず安全なこと。

ト 担架本体は汚れやカビが付きにくい材質であること。

チ 体格に合わせて、枕の位置調整ができること。

リ 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を有すること。

6 想定品

	酒井医療株式会社	株式会社アマノ
特殊浴槽	ROB-410C	SB8000N
ストレッチャー	ST-410S	SB8550N
担架	WS-400	SB8300N

7 その他の仕様

物品の搬入、据え付け、調整、既存品の廃棄を含む

8 入札参加資格審査書類の事前審査

入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請前に、次の(1)から(3)までに示す資料を(4)に示す担当者に提示し、納入しようとする物品が本仕様書に定める仕様に適合していることの確認を受けるものとする。(書類の余白に担当者の確認印の押印を受けること。)

なお、確認印が押印された同資料を、入札公告に定めるところにより、平成24年1月24日(火)まで和風園担当者へ提出すること。

(1) アフターサービス及びメンテナンスの体制表(様式任意)

(2) 納入しようとする物品の構造・性能に関する資料(カタログ等)

(3) 納入しようとする物品の定価に関する資料(定価見積書等)

(4) なごみなの里地域福祉サービスセンター和風園

副園長 佐藤 保雄

TEL 022(346)2229 FAX 022(268)5139